



عوارض استفاده از کیسه های سوراخ دار محلول دیالیز صفاقی



واحد آموزش سلامت همگانی و بیمار

۲۲۶۹-۳۲۲۲۱۲۷

سایت نور nour.mui.ac.ir

تهیه کننده: الهام یزدانی

کارشناس پرستاری

تایید کننده: دکتر عبدالامیر عطا پور

فوق تخصص نفرولوژی

کد پمفلت: 1 - HN/NE/44

تابستان ۹۶

اقدام سریع در صورت وجود سوراخ در کیسه های محلول دیالیز صفاقی چیست؟

دست نگه دارید.....



۱. مسیر ورود و خروج را با پنس ببندید.
۲. انجام دیالیز را قطع کنید.
۳. استفاده از محلول جدید جهت ادامه دیالیز
۴. اگر زمان زیادی از دیالیز گذشته ، استفاده از محلول جدید و اطلاع به بخش و پزشک در اولین فرصت
۵. تا ۴۸ ساعت علایم شامل : تب، دل درد و محلول کدر را کنترل کنیم .

منابع :

۱- هیهات صدیقه (۱۳۹۱)، دیالیز صفاقی، تهران، انتشارات پلک

تشخیص سریع وجود سوراخ در محلول :

۱. قبل از شروع دیالیز

✓ فشار با کف دست روی کیسه محلول قبل

از دیالیز

✓ دقت به محل اتصال کیسه و لوله جهت نشت

محلول از کیسه و در صورت نشت، عدم استفاده

از محلول



۲. پس از آماده و آویزان کردن :

✓ دقت به محل اتصال لوله ها

✓ قطع محلول در صورت نشت محلول در کل

زمان ورود و خروج

۳. کنترل کیسه ی محلول :

✓ قرار دادن کیسه ی خروجی داخل ظرف


سفید رنگ

✓ دقت به نشت محلول و قطع دیالیز در

صورت نشت محلول

دیالیز صفاقی چیست ؟

در بیماران با نارسایی مزمن کلیه از دیالیز صفاقی جهت تصفیه خون استفاده میشود. در این روش از یک پرده ی طبیعی بدن شما به عنوان صافی استفاده می شود. مایع از طریق لوله ی نرمی که در شکم گذاشته شده است، وارد شکم می شود و در شکم شما عمل تصفیه انجام می شود.



تجهیزات مورد نیاز جهت دیالیز صفاقی:

کاتتر (لوله ای که در شکم قرار داده می شود).

کیسه های محلول دیالیز - پنس - پایه سرم - ماسک - مواد ضد عفونی کننده



اشکالات تجهیزاتی:

از مهمترین مشکلات موجود ، وجود سوراخ در کیسه های محلول دیالیز صفاقی می باشد .

اهمیت تشخیص و عدم استفاده از کیسه های محلول سوراخ

داردیالیز صفاقی:

استفاده از کیسه های محلول سوراخ دار چه در کیسه ی ورودی و چه در کیسه ی خروجی بسیار خطر ناک می باشد و باعث:

۱. انتقال باکتری های و میکروب های محیط اطراف به داخل شکم میشود.

۲. ایجاد عفونت های شدید میشود

۳. نیاز به دارودرمانی را افزایش میدهد.

۴. نیاز به بستری شدن خواهد شد .

۵. از دست دادن کاتتر در برخی موارد خواهد شد.



علل وجود سوراخ در کیسه های محلول دیالیز صفاقی:

۱. در روند تولید کیسه ها، امکان وجود سوراخ در کیسه ها امری طبیعی است .
۲. انجام تزریق در کیسه ها از محلی غیر از محل تزریق در کیسه



۳. سوراخ کردن کیسه ها به علت باور اشتباه، جهت ورود سریع محلول به شکم وزود تمام شدن روند کار دیالیز از سوی بیمار